ФБУ САХАЛИНСКИЙ ЦСМ Федеральное бюджетное учреждение
« Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний
в Сахалинской области»

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

С-ВХ/02-03-2021/55975510

Действительно до
01 марта 2022 г.

Средство измерений Тепловизор инфракрасный Testo 871

наименование, тип, модификация , регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

Регистрационный № 67099-17

заводской(серийный) номер 62280199

в составе ----------

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с РТ-МП-4173-442-2017

наименоание или обозначение документа , на основании которго выполнена поверка

ГСИ. Тепловизоры инфракрасные Testo 865, Testo 868, Testo 871, Testo 872. Методика поверки», утверждённому ФБУ «Ростест-Москва» 30.01.2017 г.

с применением эталонов: Излучатель ОИ АЧТ 50/1500 мод.

регистрационный номер и(или) наименование, тип, заводской номер, разряд,класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

ОИ АЧТ "Деметра-М" №1807, 1 разряд; калибратор температуры эталонный ЭЛЕМЕР - КТ 500/М3 № 21-2713, 2 разряд.

при следующих значениях влияющих факторов: температура окр. воздуха 19 °С относительная влажность воздуха 45 %; атмосферное давление 750 мм рт. ст.

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов ~~первичной~~ (периодической) поверки признано

ненужное зачеркнуть

пригодным к применению.

Знак поверки:

Номер записи в ФИФОЕИ 55975510

Начальник отдела ТТСИ — Охлобыстин Константин Александрович

должность руководителя или другого уполномоченного лица — подпись — фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель — подпись — Фомичёв Иван Николаевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки
02 марта 2021 г.

~~Регистрационный номер~~ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311389

**693010, г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 5а
Тел.: (4242) 43-47-27, факс 43-34-09**

**sakhcsm.ru
priemnaya@sakhcsm.ru**