СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"(ФБУ "САХАЛИНСКИЙ ЦСМ")

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311589

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ВХ/11-04-2021/64228256

Действительно до 10.04.2022

Средство измерений: Мультиметры цифровые; Testo 760; Testo 760-3; Рег. № 65373-16
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер: 0000251
заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе

поверено: В полном объеме по каналам электрических величин
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с: РТ-МП-3251-551-2016
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 25985-03 Калибраторы универсальные 9100, 9100E 930553994 2006 Эталон 4-го разряда ГПС для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока. Приказ3456;
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или) средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

25985-03 Калибраторы универсальные 9100, 9100E 930553994 2006 Эталон 2-го разряда ГПС для средств измерений силы переменного электрического тока от 1•10^-8 до 100 А в диапазоне частот от 1•10^-1 до 1•10^6 .Прик; 25985-03 Калибраторы универсальные 9100, 9100E 930553994 2006 Эталон 2-го разряда ГПС для средств измерений переменного электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот от 1•10^-1 до 2•10^9 Гц.Приказ 1053; 25985-03 Калибраторы универсальные 9100, 9100E 930553994 2006 Эталон 2-го разряда ГПС для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от 1*10^16 до 100 А. Приказ 2091; 25985-03 Калибраторы универсальные 9100, 9100E 930553994 2006 Эталон 2-го разряда ГПС для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы. Приказ 3457

при следующих значениях влияющих факторов: температура: 23,5 С; атм. давление: 100,1 кПа; отн. влажность: 40 %
перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано **пригодным** к применению в объеме проведенной поверки.

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-64228256

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: 64228256

Поверитель: Туговиков Иван Александрович
фамилия, инициалы

Знак поверки: 4G 2У1 ВХ

Начальник отдела — должность руководителя или другого уполномоченного лица

подпись

Никифорова Л. Н. — фамилия, инициалы

Дата поверки: 11.04.2021

Выписка о результатах поверки СИ №С-ВХ/11-04-2021/64228256 сформирована автоматически 20.05.2021 15:14 по данным, содержащимся в ФИФ ОЕИ